



Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.02.032, išduoto 2020-11-20,
priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2020-11-20 įsakymu Nr. AK-206

1 (1)

Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai
UAB „MILGEDA“ LABORATORIJOS
Veiklos vykdymo vieta: Krokuvos g. 15-1, LT-09314 Vilnius
AKREDITAVIMO SRITIS

Kalibravimo ir matavimo galimybė (anglų k. – CMC), išreikšta kaip:				
Matuojamas dydis	Kalibravimo metodo ar procedūros žymuo	Kalibruojamos matavimo priemonės tipas	Matavimo ribos ir kiti parametrai	Matavimo neapibrėžtis
1	2	3	4	5
Masė	KMS1 2019 pagal EURAMET Calibration Guide No.18, Ver 4.0	Neautomatinės svėrimo priemonės (svarstyklės)	E2 t. kl. svarsčiai 1 mg ÷ 8,8 kg	(0,0035+1,3·10 ⁻⁶ ·R) mg
			F1 t. kl. svarsčiai 1 g ÷ 42 kg	(0,0398+2,9·10 ⁻⁶ ·R) mg
			F2 t. kl. svarsčiai 1 mg ÷ 380 kg	(0,0246+7,8·10 ⁻⁶ ·R) mg
			M1 t. kl. svarsčiai (20 ÷ 3000) kg	(408,5+2,3·10 ⁻⁵ ·R) mg
			Svarsčiai	20 kg; F2 t.kl. 20 kg; M1 t.kl.
Temperatūra	KMT1 2020 KMT2 2020 pagal EUROMET Calibration Guide No.20, Ver 5.0	Skaitmeniniai termometrai	(-30 ÷ 0) °C (0 ÷ 200) °C (200 ÷ 400) °C	0,050 °C 0,044 °C 0,081 °C
			Šaldymo ir klimatinės kameros, džiovinimo spintos, sterilizatoriai ir kaitinimo krosnys	(-30 ÷ 300) °C



Tadas Juodelis

Direktorius pavaduotojas